


COMPONENTI

1 ALIMENTAZIONE 230 Vac

2 FUSIBILI RITARDATI 1A

3 INTERRUTTORE GENERALE

4 CENTRALINA CB09

5 MOTORE SPALLIERA

6 MOTORE BASE

9 INTERRUTTORE SICUREZZA SPALLIERA

10 INTERRUTTORE SICUREZZA BASE AZIONATO DA SPALLIERA

11 INTERRUTTORI DI SICUREZZA BASE

12 POTENZIOMETRO SPALLIERA 10 K LIN:(SPALL.VERTICALE R=5K tra Nero-Viola)

13 POTENZIOMETRO BASE 10K LIN. (BASE ALTA R= 5 K tra Bianco-Verde)

14 CENTRALINA PROGRAM

15 PULSANTE PROGRAMMA 2

16 PULSANTE LAST POSITION

17 PULSANTE DISCESA

18 PULSANTE PROGRAMMA 3

19 PULSANTE SALITA

20 PULSANTE PROGRAMMA 1

21 PULSANTE INCLINAZIONE SPALLIERA

22 PULSANTE RITORNO SPALLIERA

Revisione	Modifica-descrizione	Data	Firma

Materiale	materiale					
Smussi non quotati	Raggi non quotati	Rugosità Ra m µ	Trattamento termico e/o superficiale			
Sostituisce	Data	Firma	Sostituito	Data	Firma	Codice Attrezzatura

	Disegnato	Controllato	Approvato	Verif.norme	Quote senza indic.di tolleranza	Scala
Data	25-Jan-03	25-Jan-03	25-Jan-03	25-Jan-03		0.500
Firma	A.G.	A.G.	A.G.	A.G.		

PROMED srl

Divisione Progetti

40050 Villanova di Castenaso (Bo) ITALY

Descr. SCH EL AG03312-AG03202-AG04312-AG04202

N°dis. D7331040

Revisione

Foglio