PROMED

Medical Equipment

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE L'USO E LA MANUTENZIONE

•

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION USE AND MAINTENANCE



POLTRONA • CHAIR

COBRA

INDICE

Pag.

DATI TECNICI 3

CONDIZIONI AMBIENTALI 3

PREREQUISITI 4

PIANO DI INSTALLAZIONE E IMBALLO 5

INSTALLAZIONE 6
PREPARAZIONE 6
MONTAGGIO BRACCIOLO SINISTRO 9

USO 10
ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO 10
POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE: 10
- COMANDI GUIDATI 10
- COMANDO AUTOMATICO DI AZZERAMENTO (per poltrona senza programmi) 10
- COMANDI AUTOMATICI DEI PROGRAMMI 11
MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 11
IMPOSTAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO TASTO LP 12
MOVIMENTAZIONE POGGIATESTA 12
MOVIMENTAZIONE BRACCIOLO DESTRO 12

ACCORGIMENTI SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO 13
PULIZIA DELLE SUPERFICI 13
SMALTIMENTO 13
IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO 13

DATI TECNICI

MARCA	**PROMED**
MODELLI POLTRONE	**AG0621/AG0622 / AG0641 / AG0642**
TENSIONE NOMINALE	**230V~ ± 10%**
FREQUENZA NOMINALE	**50Hz**
POTENZA NOMINALE	**200 VA**
MODO OPERATIVO - INTERMITTENTE	**6 MIN./ORA**
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	**300 Kg.**
CORSA DI SOLLEVAMENTO	**400mm**
CLASSIFICAZIONE	**CLASSE 1**




Terra di protezione.



Attenzione consultare la documentazione annessa.



L'apparecchio è conforme ai requisiti essenziali della direttiva **93/42 CEE**.



Apparecchiatura di tipo elettrica ed elettronica ad uso civile o professionale che al termine della vita utile deve essere smaltita secondo specifiche modalità.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni ambientali di trasporto e magazzinaggio

- Temperatura ambiente da **-40°C** a **+70°C.**
- Umidità relativa dal **10%** al **90%.**

Condizioni ambientali di utilizzo

- Temperatura ambiente da **+5°C** a **+50°C.**
- Umidità relativa max **80%**.

L'apparecchio non causa interferenze elettromagnetiche né è influenzato da interferenze elettromagnetiche.

PREREQUISITI


Per una corretta e sicura installazione dell'apparecchio vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Il pavimento deve essere conforme alle Norme **DIN 1055 B 1.3** e **DIN 18560 T 1**.
- Va montato un interruttore esterno bipolare conforme alle norme con le seguenti caratteristiche elettriche:**250V / 10A**, allo scopo di disconnettere l'apparecchio in caso di intervento al suo interno.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle Norme **CEI 64.4**, realizzato con conduttori di protezione a differenziale (con indice **<30mA**) da **250V / 16A**.
- Non devono essere collegate al sistema prese multiple mobili o cavi di prolunga.
- Non collegare dispositivi che non sono specificati come facenti parte del sistema.
- La messa a terra, in particolare, deve essere conforme all'**art. 3.2.01** delle Norme suddette.
- Le eventuali predisposizioni vanno realizzate secondo le indicazioni fornite nel disegno di installazione.
- Il fissaggio a terra deve essere eseguito con tasselli del diametro minimo di **10mm** utilizzando almeno quattro dei cinque fori predisposti.


Il fabbricante non si assume la responsabilità della sicurezza e dell'affidabilità dell'apparecchio se:

- **Le operazioni di installazione e riparazione non sono state effettuate da tecnici autorizzati.**
- **L'installazione generale ed elettrica del locale non è conforme alle prescrizioni sopra riportate.**
- **L'apparecchio non è stato installato conformemente al presente manuale.**
- **L'apparecchio non è utilizzato conformemente al presente manuale.**
- **L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato da parte di personale qualificato nella pratica dentaria come mezzo di lavoro a scopo terapeutico.**

Installazione




Imballo



L'apparecchio viene consegnato completamente montato e imballato in una unica scatola.


Dimensione = **182 x 79 x 79 cm.**
Peso netto = **120 Kg.**
Peso lordo = **140 Kg.**
Volume = **1,14 m³.**

Avvertenza per l'installatore! **Si raccomanda che il sistema venga installato in modo da permettere all'utilizzatore un uso ottimale.**




Preparazione


1) Togliere le parti superiori e laterali dell'imballo lasciando la poltrona montata sul pallet in maniera che sia più facilmente trasportabile.
Rimuovere le protezioni della poltrona e anche di tutti gli accessori contenuti nell'imballo stesso.




2) Collegare ad una presa di corrente il cavo di alimentazione (**1**) della poltrona che fuoriesce dalla base.
Accendere l'interruttore generale e, a mezzo della pedaliera, azionare il movimento di salita fino all'altezza massima così come il movimento della spalliera fino a raddrizzare la stessa.
Eseguita questa operazione **scollegare il cavo di alimentazione.**




3) Svitare la vite (**1**) di fissaggio del carter di base e togliere lo stesso tirando verso l'alto il punto (**2**) onde vincere gli agganci di tenuta.




4) Svitare i dadi (**1**) che fissano la base al pallet e posizionare la poltrona nel punto predisposto per l'installazione avendo cura di far passare le alimentazioni da terra nell'apposita apertura della base (**2**).






5) Posizionare i 6 dischetti di acciaio Inox (**1**) forniti in dotazione sotto alle viti di livellamento e fissare la base a terra con i tasselli a espansione (**2**) adatti al tipo di materiale di cui è costituito il pavimento utilizzando i quattro fori predisposti. Fissare i tasselli (**2**) e, se nel caso, mettere in piano la base a mezzo delle viti (**3**) avendo cura che premano sui dischetti Inox.
Se occorre agire sulle viti posteriori togliere il carter (**4**) svitando le viti (**5**) e tirandolo verso l'alto.




6) Per accedere all'interno del braccio della poltrona, per far passare le alimentazioni del gruppo idrico, allentare la vite (**1**), tirare verso l'alto il carter (**2**) e poi in avanti fino a sfilarlo completamente avendo cura di posizionare la poltrona ad una altezza adeguata. Per reinstallarlo compiere l'operazione inversa.

7) Eseguire tutte le installazioni del gruppo idrico e provvedere all'allacciamento elettrico della poltrona.
Al connettore **CN8**, normalmente ponticellato, si può collegare un contatto dal riunito che, se aperto, inibisce tutti i movimenti della poltrona.
Sulla morsettiera si può collegare una tastiera per azionare la poltrona dal riunito.



8) A collaudo avvenuto rimontare il carter di base e e avvitare la vite (**1**).
Se l'installazione prevede l'entrata delle alimentazioni dall'esterno aprire completamente l'apertura (**3**) già predisposta.
Se l'installazione prevede il montaggio dello stability kit aprire completamente l'apertura (**2**) già predisposta.




Montaggio bracciolo sinistro

Attenzione!
Per comodità di imballaggio il bracciolo è montato verso il basso.


Svitare i dadi di tenuta, collocare il bracciolo nella giusta posizione, riavvitare i 3 dadi di tenuta e ricollocare il tappo di chiusura.

Avvertenza per l'utilizzatore! **Effettuare tutte le procedure specificate di pulizia e regolazione.**



Accensione dell'apparecchio

L'apparecchio si predispone per il funzionamento premendo la posizione "**I**" dell'interruttore generale (**1**). Lo stesso si illumina di colore verde per indicare l'accensione avvenuta.



POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE


Comandi guidati

Si azionano premendo il tasto della pedaliera corrispondente al movimento che si vuole attivare.
Il movimento si effettuerà fino al rilascio del tasto stesso.

Comando automatico di azzeramento (per poltrona senza programmi)

Si aziona premendo con un impulso uno qualsiasi dei tasti della pedaliera.

Attenzione!
Il movimento di azzeramento può essere interrotto premendo uno qualsiasi dei tasti della pedaliera.



Comandi automatici dei programmi

Si azionano premendo con un impulso il tasto della pedaliera corrispondente al programma che si vuole attivare.
Ai tasti 1-2-3 corrispondono tre posizioni programmabili.
La funzione del tasto **LP** può essere impostata in **due** diverse modalità di funzionamento.

Modalità 1

Posizione risciacquo per riuniti fissati alla poltrona.

Premendo con un impulso il tasto **LP** si raddrizza automaticamente la spalliera per portare il paziente in posizione di risciacquo.
Premendolo con un impulso una seconda volta la spalliera ritorna nella posizione di lavoro che aveva in precedenza.


Modalità 2

Posizione risciacquo per riuniti fissati a terra.

Premendo con un impulso il tasto **LP** si raddrizza automaticamente la spalliera e si attiva il movimento della seduta fino a portare il paziente in posizione di risciacquo.
Premendolo con un impulso una seconda volta la poltrona ritorna nella posizione di lavoro che aveva in precedenza.

Attenzione!

I movimenti programmati possono essere interrotti premendo uno qualsiasi dei tasti della pedaliera.



Memorizzazione dei programmi


Per cambiare la posizione memorizzata in uno dei quattro tasti programmabili (programma n° 1, 2, 3 e LP), portare la poltrona nella posizione desiderata mediante i comandi guidati; premere poi verso l'alto il carter inferiore del braccio della poltrona e contemporaneamente premere il tasto in cui si vuole memorizzare la nuova posizione fino all'emissione del segnale acustico di avvenuta registrazione.
La precedente posizione in memoria verrà così sostituita dalla nuova.

Impostazione modalità di funzionamento tasto LP

Modalità 1
Per impostare la modalità 1 occorre, a poltrona spenta, smontare il jumper **JP1** dalla scheda elettronica.


Modalità 2
Per impostare la modalità 2 occorre che il jumper **JP1** sia installato.

La poltrona viene normalmente fornita in modalità 2.



Movimentazione poggiatesta

Il poggiatesta può essere più o meno sfilato dalla spalliera unicamente tirandolo o premendolo in quanto viene automaticamente bloccato da una frizione. Il doppio snodo, che garantisce una ampia articolazione viene bloccato dal pomolo (**1**): Ruotato in senso antiorario si sblocca, in senso orario si blocca.



Movimentazione bracciolo destro

Il bracciolo destro può essere abbattuto verso la parte anteriore della poltrona per facilitare l'accesso al paziente. Per fare ciò accompagnarlo in un movimento rotatorio verso l'avanti e in basso. Per riporlo in posizione operativa eseguire la operazione inversa.

Pulizia delle superfici


Si consiglia di pulire le superfici esterne dell'apparecchio con liquido igenizzante per materie plastiche.
La tappezzeria della poltrona va pulita con acqua e sapone neutro.
Non usare prodotti a base alcolica.

Smaltimento

Al termine della propria vita utile, prevista dal costruttore in 10 anni dalla data di installazione, l'apparecchio deve essere reso inutilizzabile e smaltito presso discariche private o pubbliche attrezzate per lo smaltimento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Identificazione dell'apparecchio

Per qualsialsi comunicazione con il fabbricante o con i centri di assistenza citare sempre il numero di matricola.



PROMED s.r.l. Bologna - ITALY				
Mod. COBRA	Sn:			
230V ~ 50Hz 200VA Servizio Intermittente - 6 Min / ORA				

NOTE/NOTES

PROMED

Medical Equipment

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE L'USO E LA MANUTENZIONE

•

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION USE AND MAINTENANCE



POLTRONA • CHAIR

COBRA

CONTENTS

Page

TECHNICAL DATA 17

ENVIRONMENTAL CONDITIONS 17

PRE-REQUIREMENTS 18

INSTALLATION SCHEME AND PACKING 19

INSTALLATION 20
- PREPARATION 20
- LEFT ARM ASSEMBLY 23

USE 24
- EQUIPMENT SWITCHING ON 24
- PATIENT POSITIONING: 24
- - GUIDED CONTROLS 24
- - AUTOMATIC RESETTING AT ZERO (for non-programmable chair) 24
- - PROGRAMMED AUTOMATIC CONTROLS 25
- MEMORIZATION OF THE PROGRAMS 25
- SETTING THE FUNCTIONING MODE OF THE LP BUTTON 26
- HEADREST MOVEMENT 26
- RIGHT ARM MOVEMENT 26

ADVICE ON PRODUCT USE 27
- SURFACE CLEANING 27
- DISPOSING 27
- EQUIPMENT IDENTIFICATION 27

TECHNICAL DATA

TRADE MARK	**PROMED**
CHAIR MODELS	**AG0621/AG0622 / AG0641 / AG0642**
RATED VOLTAGE	**230V~ ± 10%**
RATED FREQUENCY	**50Hz**
RATED POWER	**200 VA**
OPERATIVE MODE - INTERMITTENT	**6 MIN./HOUR**
LIFTING CAPACITY	**300 KG.**
LIFTING STROKE	**400mm**
CLASSIFICATION	**CLASS 1**




Protecting earth.



Attention, see enclosed documentation.



The equipment complies with the fundamental requirements of **CEE 93/42** Standard.



Electric and electronic equipment for civil and professional use that should be disposed of according to specific rules, at the end of its useful life.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Transport and storage environmental conditions

- Environmental temperature from **-40°C** to **+70°C.**
- Relative humidity from **10%** to **90%.**

Operating environmental conditions

- Environmental temperature from **+5°C** to **+50°C.**
- Relative humidity max **80%**.

The equipment does not cause and is not subject to electromagnetic interference.

PRE-REQUIREMENTS


For a right and safe installation of the equipment, the following prescriptions should be complied with:

- The floor should comply with **DIN 1055 B 1.3** and **DIN 18560 T 1** rules.
- An outer bipolar switch should be assembled complying with the law and with following electrical characteristics: **250V / 10A** for disconnecting the equipment in case of intervention in it.
- The electrical system should comply with **IEC 64.4** Regulations. It consists of differential protective conductors (with index **<30mA**) at **250V / 16A**.
- Mobile multiple sockets or extension cords should not be connected to the system.
- Do not connect devices which are not properly indicated as a part of the system.
- The earthing, in particular, should comply with the **art. 3.2.01** of the above-mentioned Regulations.
- The possible pre-arrangements should be carried out according to the indications given in the installation plan.
- The fastening to the ground should be carried out with dowels of **10mm** minimum diameter using at least four of the five holes prepared.


The manufacturer is not responsible for the equipment safety and reliability if:

- **The installation and reparation operations are not carried out by authorized technicians.**
- **The general and electrical installation of the room do not comply with the above-mentioned requirements.**
- **The equipment was not installed complying with this manual.**
- **The equipment was not used complying with this manual.**
- **The equipment should be used by personnel qualified in the dental practice for therapeutic purpose.**

Installation



Packing




The equipment is delivered completely assembled and packed in one box.

Dimension	= **182 x 79 x 79 cm.**
Net weight	= **120 Kg.**
Gross weight	= **140 Kg.**
Volume	= **1,14 m³.**


Notice for the installer!

The system should be installed in order to allow the user the best result.




Preparation


1) Remove the upper and side parts of the packing leaving the chair assembled on the pallet in order that it can be transported more easily. Remove the protections of the chair and all the fittings contained in the packing itself.




2) Connect the feeding cable (**1**) of the chair, coming out from the base, to a socket.
Switch on the main switch and, by means of the foot controls, start the forward movement to the maximum height just as the backrest movement until the backrest is tilted up. After this operation **disconnect the feeding cable**.




3) Unscrew the screw (**1**) fastening the base guard and remove it pulling the point (**2**) upwards for overcoming the resistance of the fastening hooks.




4) Unscrew the nuts (**1**) fastening the base to the pallet and place the chair in the point pre-arranged for the installation taking care of passing the different connecting cables from the floor level through the proper opening of the base (**2**).






5) Place the 6 stainless steel disks (**1**) supplied under the levelling screws and fasten the base to the ground with the expansion stoppers (**2**) according to the kind of material of which the floor is made, using the four holes pre-arranged. Fasten the expansion stoppers (**2**) and, if necessary, level the base with the screws (**3**) taking care they exert pressure on the stainless steel disks.
If necessary, act on the rear screws and remove the guard (**4**), unscrewing the screws (**5**) and pulling it upwards.




6) For entering the chair arm and for passing the water unit connections, loosen the screw (**1**), pull the guard upwards (**2**) and then forwards until it is completely pulled out taking care of placing the chair at a proper height. For installing it again carry out the reverse operation.

7) Carry out all installations for the water unit and make the electrical connections to the chair.
The connector **CN8**, which is normally provided with an electrical jumper, can be linked to a contact from the dental unit which, if open, prevents all chair movements.
A keyboard can be connected to the terminal board to control the chair from the dental unit.



8)After the test, assemble the base guard again fasten the screw (**1**).
If the installation is made by entering the connections from outside, open the pre-arranged opening (**3**) completely.
If the installation involves the assembly of the stability kit, open the pre-arranged opening (**2**) completely.




Left arm assembly

Warning!
For packing reasons, the arm is assembled downwards.

Unscrew the fastening nuts, fit the arm in right position, screw the 3 fastening nuts and put the closing cap in place.


Notice for the user!

Carry out all the cleaning and adjustment operations as indicated.



Equipment switching on

The equipment is switched on by setting in the main switch (**1**) in "**I**" position. The green light indicates that the chair is on.



PATIENT POSITIONING


Guided controls

These are activated by pressing the button on the foot-control board corresponding to the movement desired. The movement will take place until the button is released.

Automatic resetting at zero (for non-programmable chair)

This is activated by briefly pressing any one of the foot-control board buttons.

Warning!
The movement for resetting at zero can be interrupted by pressing any one of the foot-control board buttons again.



Programmed automatic controls

These are activated by briefly pressing the foot-control board button corresponding to the programme desired.
Buttons **1-2-3** correspond to three programmable positions.
The function of the **LP** button can be set in **two** different modes.


Mode 1
Rinsing position for dental units fitted to the chair.

By briefly pressing the **LP** button, the back of the chair will automatically straighten to bring the patient to the rinsing position.
By briefly pressing it a second time, the back of the chair will return to the previous working position.

Mode 2
Rinsing position for floor-fitted dental units.

By briefly pressing the **LP** button, the back of the chair will automatically straighten, and the seat will automatically move to bring the patient to the rinsing position.
By briefly pressing it a second time, the chair will return to the previous working position.

Warning!
The programmed movements can be interrupted by pressing any one of the pedal-board buttons again.



Memorization of the programs


To change the position memorised in one of the four programmable buttons (programme no. 1, 2, 3 and LP), move the chair to the desired position with the guided controls; press the lower casing of the chair arm upwards and at the same time press the button in which you wish to memorise the new position until the acoustic signal indicating registration is heard.
The previously memorised position will be replaced by the new position.

Setting the functioning mode of the LP button

Mode 1
To set mode 1, the chair must first be switched off, then jumper **JP1** of the electronic card must be removed.


Mode 2
To set mode 2, jumper **JP1** must be installed.

The chair is normally supplied in mode 2.



Headrest movement

The headrest can be more or less extracted from the backrest only by pulling or pressing it because it is automatically blocked by a clutch. The double joint for wide articulation can be adjusted by the knob (**1**): rotating it anticlockwise it is unblocked, clockwise it is blocked.



Right arm movement

The right arm can be lowered towards the chair front side to facilitate the patient's access. For doing it, turn it forwards and downwards. For restoring the normal position carry out the reverse operation.

Surface cleaning


Sanitizing liquid for plastics is recommended for surface cleaning.
The chair upholstery should be cleaned with water and neuter soap.
Do not use alcohol-based products.

Disposing

At the end of its useful life, estimated by the manufacturer in 10 years from the date of installation, the equipment should be made out-of-service and disposed of at equipped private or public dumping grounds for the disposal of WEEC (Waste Electric and Electronic Equipment).

Equipment identification

For any communication with the manufacturer or aftersales centres, always mention the equipment's serial number.



PROMED s.r.l. Bologna - ITALY				
Mod. COBRA	Sn:			
230V ~ 50Hz 200VA Servizio Intermittente - 6 Min / ORA				

Cod. D4260230
Rev. 00

PROMED s.r.l.
Medical Equipment

Via Grandi 7/2 - 40050 Villanova di Castenaso (BO) - Italy
Tel. + 39-051-780 465
Fax. + 39-051-781 625
E-mail: sales@promeditaly.it
www.promeditaly.it